



## Certifikát kvality

**Název produktu:** NX-48S Viral NA Kit  
**Číslo kategorie:** VN163  
**Šarže:** CVN163-231019  
**Datum expirace:** 2024-10-18

**Datum analýzy:** 2023-10-19  
**Datum vydání:** 2023-10-19  
**Skladovací podmínky:** 15~35°C

### Kontrola kvality

Tato šarže byla testována na efektivitu izolace DNA/RNA pomocí izolátoru NX-48S (výrobce Genolution Inc., Republika Korea), Kontrolou izolace DNA 560 (výrobce Meridian Inc., USA) a zařízením pro PCR CFX96 (výrobce Bio-Rad).

### Data z kontroly kvality

#### q-PCR Data

Opakování	Specifikace	Ct hodnota
1	Požadovaná Ct hodnota 28 ± 2	27.69
2		28.36
3		28.29

Naměřené hodnoty potvrzují, že testovaná šarže splňuje požadovanou specifikaci.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "황준호" (Hwang Junho).

Junho Hwang  
Assistant Manager

2023-10-19

Datum