



Certifikát kvality

Název produktu: NX-48S Bacterial DNA Kit
Číslo kategorie: BD156
Šarže: CBD156-240821
Datum expirace: 2025-08-20

Datum analýzy: 2024-08-21
Datum vydání: 2024-08-21
Skladovací podmínky: 15~35°C

Kontrola kvality

Tato šarže byla testována na efektivitu izolace DNA/RNA pomocí izolátoru NX-48S (výrobce Genolution Inc., Republika Korea), Kontrolou izolace DNA 560 (výrobce Meridian Inc., USA) a zařízením pro PCR CFX96 (výrobce Bio-Rad).

Data z kontroly kvality

q-PCR Data

| Opakování | Specifikace | Ct hodnota |
|-----------|---------------------------------|------------|
| 1 | Požadovaná Ct hodnota 29 ± 2 | 29.19 |
| 2 | | 29.11 |
| 3 | | 28.68 |

Naměřené hodnoty potvrzují, že testovaná šarže splňuje požadovanou specifikaci.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "황준호" (Hwang Junho).

Junho Hwang
Assistant Manager

2024-08-21

Datum