



## Certifikát kvality

**Název produktu:** NX-48S Bacterial DNA Kit  
**Číslo kategorie:** BD166  
**Šarže:** CBD166-241004  
**Datum expirace:** 2025-10-03

**Datum analýzy:** 2024-10-07  
**Datum vydání:** 2024-10-07  
**Skladovací podmínky:** 15~35°C

### Kontrola kvality

Tato šarže byla testována na efektivitu izolace DNA/RNA pomocí izolátoru NX-48S (výrobce Genolution Inc., Republika Korea), Kontrolou izolace DNA 560 (výrobce Meridian Inc., USA) a zařízením pro PCR CFX96 (výrobce Bio-Rad).

### Data z kontroly kvality

#### q-PCR Data

Opakování	Specifikace	Ct hodnota
1	Požadovaná Ct hodnota 29 ± 2	28.61
2		28.47
3		29.35

Naměřené hodnoty potvrzují, že testovaná šarže splňuje požadovanou specifikaci.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "황준호" (Hwang Junho).

Junho Hwang  
Assistant Manager

2024-10-07

Datum