



Certifikát kvality

Název produktu: NX-48S Viral NA Kit
Číslo kategorie: VN153
Šarže: CVN153-240821
Datum expirace: 2025-08-20

Datum analýzy: 2024-08-21
Datum vydání: 2024-08-21
Skladovací podmínky: 15~35°C

Kontrola kvality

Tato šarže byla testována na efektivitu izolace DNA/RNA pomocí izolátoru NX-48S (výrobce Genolution Inc., Republika Korea), Kontrolou izolace DNA 560 (výrobce Meridian Inc., USA) a zařízením pro PCR CFX96 (výrobce Bio-Rad).

Data z kontroly kvality

q-PCR Data

Opakování	Specifikace	Ct hodnota
1	Požadovaná Ct hodnota 29 ± 2	29.09
2		28.95
3		28.89

Naměřené hodnoty potvrzují, že testovaná šarže splňuje požadovanou specifikaci.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "황준호" (Hwang Junho).

Junho Hwang
Assistant Manager

2024-08-21

Datum