



## CERTIFICATO D'ANALISI / CERTIFICATE OF ANALYSIS

Mod.c.a.01.07

## ACIDO CITRICO / CITRIC ACID

LOT P162.24\*

2026/03

REF

CC00150

2-8°C

IVD

Questa scheda di controllo per lotto è applicabile ai sottolotti identificati dalla lettera alfabetica sequenziale (ad esempio A, B, C, ecc.) che segue il numero di lotto.  
This Control data sheet for lot is applicable to sublots identified by the sequential alphabetical letter (for example A, B, C, etc.) following the lot number.

COMPONENTI / COMPONENTS	LOT		ASPETTO / APPEARANCE	pH
Tampone / Buffer	F081.24A	2026/03	Liquido incolore / Colourless liquid	7.8 ± 0.1
Substrato / Substratum	A085.24B	2026/04	Liofilo / Liofile	N.D.
Starter	A080.24B	2026/04	Liofilo / Liofile	N.D.
Standard 0.25 g/l	G165.23A	2027/06	Liquido incolore / Colourless liquid	N.D.

TEST	VALORE ATTESO EXPECTED VALUES	VALORE TROVATO FOUND VALUES
STANDARD 0.25 g/l (20 ripetizione contro materiale di riferimento interno 20 repetitions against Internal Reference Material)	0.245 – 0.255 g/l	0.2476 g/l
	CV < 2%	0.98 %
LINEARITA' / LINEARITY	fino a / up to 2.0 g/l	OK

## ACCURATEZZA / ACCURACY

SIERI DI CONTROLLO CONTROL SERUM	LOT	INTERVALLI AMMESSI ACCEPTABLE INTERVAL	RISULTATI RESULT	NOTE
Control Level 1	F313.23A	0.083 – 0.114 g/l	0.090 g/l	
Control Level 1	F313.23A	0.083 – 0.114 g/l	0.094 g/l	
Control Level 2	W050.24A	0.603 – 0.868 g/l	0.721 g/l	
Control Level 2	W050.24A	0.603 – 0.868 g/l	0.726 g/l	

Il sangue di donatori di eventuali sostanze biologiche utilizzate per la preparazione dei prodotti è stato testato e trovato negativo per i test HIV I/II, HBsAg e HCV. Trattare comunque come materiale potenzialmente infetto.

The blood of donors of possible biological substances used for products preparation, has been tested and found negative for HbsAg and antibodies anti-HIV and HCV. However, handle cautiously as potentially infectious.

Questa è una stampa da computer. Non necessita di firma. This is a computer printout. Hand signature is not required.

APPROVATO



NON APPROVATO



Date: 13/06/2024

PASSED

FAILED

Signature: Dr. Teruzzi Antonio