ČESKY

REF **11561**

FOB Gold Tube

Odběrová zkumavka pro stanovení lidského hemoglobinu ve vzorcích stolice – okultní krvácení FOB – FOB Gold metoda

FOB Gold Tube: 100 ODBĚROVÝCH ZKUMAVEK
(13 x 91 mm)

IVD

CE

SYMBOLY

Varování	Čtěte návody	In vitro diagnostika zdravotnický prostředek	Katalogové číslo	Součásti soupravy	Lot výroby	Použití do	Výrobce	Odběrová zkumavka	Identifikační číslo vzorku	Skladovací teplota	Nepoužívejte opakovaně

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Mimo samotného rizika, které přinášejí reaktivní komponenty, mohou reagencie obsahovat nereaktivní součásti jako jsou konzervační složky (azid sodný a jiné) a detergenty. Tento výrobek neobsahuje žádné nebezpečné složky v množstvím větším než jsou prahové hodnoty uvedené v nařízeních 67/548/EEC a 88/379/EEC a dodatcích týkajících se modifikace, úpravy, klasifikace, značení a balení nebezpečných látek (reagentů). Přesto se doporučuje zacházet s reagenciemi opatrně, zabránit požití, kontaktu s kůží, sliznicemi, očními spojivkami a rohovkou. S reagenciemi zacházejte v souladu s dobrou laboratorní praxí.

ODBĚROVÁ ZKUMAVKA

Každá odběrová zkumavka obsahuje **1.7 mL extrakčního roztoku**. Složení a koncentrace aktivních složek v extrakčním roztoku jsou: chlorid sodný ≤0.9 %, azid sodný < 0.1 % a stabilizátory. Odběrová zkumavka je stabilní do data expirace uvedené na obalu, pokud je skladována při teplotě od 2 do 30 ℃.
Lidský hemoglobin extrahovaný ze vzorku stolice, který byl odebrán doporučeným způsobem (viz návod k odběru vzorku), je stabilní po dobu 7 dní, pokud je zkumavka se vzorkem uskladněna v lednici a v temnu.

INFORMACE PRO LABORATOŘ

a) Popis odběrové zkumavky:

Bezbarvý uzávěr

Extrakční roztok

Fialový uzávěr se závitem
doplněný o speciální hrot pro odběr vzorku

b) Identifikace odběrové zkumavky: osoba, která provádí odběr vzorku do FOB Gold odběrové zkumavky, je povinna tuto **zkumavku identifikovat** vyplněním nezbytných údajů o pacientovi (jméno, atd.). Pokud je prováděn odběr vzorku do jiné nádoby, která je odlišná od FOB Gold odběrové zkumavky, pak osoba, která vzorek odebírá, je povinna přemístit ho do FOB Gold odběrové zkumavky v souladu s pravidly platícími pro správný odběr vzorku a následně tuto zkumavku identifikovat údaji o pacientovi.
c) Umístění odběrové zkumavky v přístroji: **Držte zkumavku ve svislé poloze fialovým uzávěrem C směrem dolů a vyjměte bezbarvý uzávěr A**. Poté umístěte zkumavku do přístroje a proveďte analýzu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PŘED PROVEDENÍM ANALÝZY:

1. Ověřte, zda se FOB Gold odběrová zkumavka nedostává do kontaktu s dávkovací jehlou analyzátoru. V případě, že ke kontaktu dochází, přemístěte vzorek do zkumavky, která je kompatibilní s daným přístrojem.
2. Pro úplné rozpuštění vzorku stolice v extrakčním pufru je nutné provádět analýzu po minimálně 60 minutách od odběru a před analýzou je nutné zkumavku se vzorkem důkladně protřepat.
3. Vzhledem k vysoké citlivosti metody a jejímu provádění na automatických biochemických analyzátorech, které se běžně používají pro celou řadu rutinních vyšetření, je možná pozitivní interference při vyšetřování okultního krvácení se vzorky séra, moče a jiných tělních tekutin s obsahem minimálního množství krve.

Poznámka: změny v porovnání s předchozí verzí jsou označeny svislou čarou na okraji textu.

SENTINEL DIAGNOSTICS
SENTINEL CH. SpA - Ph. +39 02 3455141
Via Robert Koch, 2 Milano 20152 Italy
www.sentineldiagnostics.com